

Протоколи №№40-42/21
радіологічного випробування деревини та продукції з деревини
від 20 травня 2026 р.

Назва об'єкта, адреса: ТОВ «СВІСС КРОНО», Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька,
вул. Я. Мудрого, 62

Дата відбору проб: 18.05.2026

Назва проби:

1. деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3;
2. деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3;
3. деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3;

Мета вимірювання: вимірювання питомої активності цезію-137 у деревині.

НД на продукцію: ГН 6.6.1-120-2005 «Гігієнічний норматив питомої активності
радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини», ГН 6.6.1-6.5.001-98
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Вимірювальне обладнання: спектрометр енергій гамма-випромінювання СЕГ-001
«АКП-С».

Сертифікат калібрування: UA01 №2669 від 08.10.2025

Додаткова інформація: -

Радіаційні показники:

Назва продукції	Вимога НД, питома активність Cs-137 Бк/кг	Фактичне значення, питома активність Cs-137 Бк/кг	Невизначеність (U при k=2, p=0,95%) Бк/кг	НД на методи вимірювання
Плита деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3	740	< 27,8	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011
Плита деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3	740	< 27,1	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011
Плита деревностружкова з орієнтованою стружкою типу OSB/3	740	< 26,3	-	МВИ №07- 119:2011 25.02.2011

Результати випробування стосуються лише зразка, який підлягав вимірюванню.
Невизначеність результатів вимірювання (U при $k=2$, $p=0,95$): -

Прізвище особи, яка проводила випробування:

Професіонал з дослідження факторів

навколишнього середовища Оксана ФЕДИНИШИН

Інженер Ольга ПІДСАДНЮК

Висновок: випробувальні взірці плит деревностружкових з орієнтованою струшкою типу OSB/3 ТОВ «СВІСС КРОНО» відповідають вимогам державного гігієнічного нормативу ГН 6.6.1-120-2005 «Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у деревині та продукції з деревини».

В. о. зав. радіологічної лабораторії



Валерій ЛИТЮК